



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 18 ยาว 1 นิ้ว


คุณลักษณะ


1. ขนาดของเข็มเบอร์ 18 ยาว 1 นิ้ว ทำด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม
2. หัวเข็มทำด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer
3. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสกับเชื้อโรค ซองละ 1 เล่ม
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม้ระบุวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น


..... ประธานกรรมการ
(นายยุทธภูมิ สืบขำเพชร)


..... กรรมการ
(นางกมลลดา นียมทรัพย์)


..... กรรมการ
(นายชวนชัย บุญญาวัฒน์)


..... กรรมการ
(นางสาววศินี ชานวาทิก)



..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกรกมล ธนะกิจศิริ)





รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 18 ยาว 1.5 นิ้ว


คุณลักษณะ


1. ขนาดของเข็มเบอร์ 18 ยาว 1.5 นิ้ว ทำด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม
2. หัวเข็มทำด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer
3. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสกับเชื้อโรค ของละ 1 เล่ม
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่มิใช่ระบุวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น


..... ประธานกรรมการ
(นายยุทธภูมิ สิบจำเพชร)


..... กรรมการ
(นางกมลลดา นียมทรัพย์)


..... กรรมการ
(นายชวนชัย บุญญาวัฒน์)


..... กรรมการ
(นางสาววคินี ชานวาทิก)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกรกมล ธนะกิจศิริ)



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดบรรจุ 5 มิลลิลิตร

คุณลักษณะ

1. เป็นกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกใส
2. มีขนาดความจุ 5 มิลลิลิตร โดยมีขีดแบ่งย่อยระหว่างมิลลิลิตร ให้เห็นเด่นชัด
3. ก้านกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกและตรงปลายก้านที่อยู่ในกระบอกฉีดเป็นอย่างดี สำหรับคั้นน้ำยา
4. หัวลูกยางของก้านกระบอกฉีดยาที่ใช้สำหรับคั้นน้ำยา กระชับพอดีกับตัวกระบอกฉีดยา ไม่หลุดออกจากกันได้ง่าย
5. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกับการสัมผัสกับเชื้อโรค
6. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่วินิจฉัยหมดอายุ ต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

..... ประธานกรรมการ
(นายยุทธภูมิ สืบชำเพชร)

..... กรรมการ
(นางกมลลดา นิยมทรัพย์)

..... กรรมการ
(นายชวนชัย บุญญาวัฒน์)

..... กรรมการ
(นางสาวศินี ขานวาทิก)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกรกมล ณะกิจศิริ)


.....


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร


คุณลักษณะ


1. เป็นกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกใส
2. มีขนาดความจุ 10 มิลลิลิตร โดยมีขีดแบ่งย่อยระหว่างมิลลิลิตร ให้เห็นเด่นชัด
3. ก้านกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกและตรงปลายก้านที่อยู่ในกระบอกฉีดยาเป็นยาง สำหรับดันน้ำยา
4. หัวลูกยางของก้านกระบอกฉีดยาที่ใช้สำหรับดันน้ำยา กระชับพอดีกับตัวกระบอกฉีดยา ไม่หลุดออกจากกันได้ง่าย
5. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกับการสัมผัสกับเชื้อโรค
6. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่วัสดุวันหมดอายุ ต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันยื่นของเสนอราคา
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น


..... ประธานกรรมการ
(นายยุทธภูมิ สีบขำเพชร)


..... กรรมการ
(นางกมลลดา นิยมทรัพย์)


..... กรรมการ
(นายชวนชัย บุญญาวัฒน์)


..... กรรมการ
(นางสาววศินี ชานวาทิก)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกรกมล ธนะกิจศิริ)



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกพลาสติกเจาะเลือดสำหรับแยกซีรัม

คุณลักษณะ

1. เป็นกระบอกพลาสติกเจาะเลือดสำหรับแยกซีรัม ชนิดเข้าเครื่องปั่นเหวี่ยง
2. ผ่านการฆ่าเชื้อ มีความจุไม่น้อยกว่า 9 มิลลิลิตร ปลายกระบอกสามารถต่อเข้ากับเข็มเจาะเลือดได้ และมีฝาปิด ปลายอีกด้านของกระบอกจะกลมมนสามารถเข้ากับกระบอกเครื่องปั่นเหวี่ยงได้ และก้านของกระบอกเจาะเลือดสามารถหักได้เมื่อเจาะเลือดเสร็จแล้ว
3. ภายในกระบอกพลาสติกเจาะเลือดมีเม็ดพลาสติก
4. ได้รับเครื่องหมาย มอก. โดยมีมาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเคียงกัน หรือดีกว่า
5. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
6. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่วินิจฉัยอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

..... ประธานกรรมการ
(นายยุทธภูมิ สิบขำเพชร)

..... กรรมการ
(นางกมลลดา นิยมทรัพย์)

..... กรรมการ
(นายชวนชัย บุญญาววัฒน์)

..... กรรมการ
(นางสาวศินี ชานวาทิก)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกรกมล ธนะกิจศิริ)


.....


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
หลอดเก็บซีรัม ชนิดทนอุณหภูมิร้อน-เย็น แบบฝาแค็ป ขนาดความจุ 5 มิลลิลิตร


คุณลักษณะ


1. เป็นหลอดพลาสติกชนิด Polypropylene (PP) รูปทรงกระบอก ความจุ 5 มิลลิลิตร โดยมีขีดบอกปริมาตรอยู่ในตัวหลอดทุกๆ 1 มิลลิลิตร
2. มีจุกปิดทำด้วย Polyethylene ปิดได้แน่นสนิท
3. สามารถทนความร้อนได้ที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 130°C และทนความเย็นได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า -30°C
4. มีใบรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิต ISO 9001 และ ISO 13485 หรือเทียบเท่า
5. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุ ต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ได้รับเครื่องหมาย มอก. โดยมีมาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเคียงกัน หรือดีกว่า
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น


..... ประธานกรรมการ
(นายยุทธภูมิ สิบชำเพชร)


..... กรรมการ
(นางกมลลดา นิยมทรัพย์)


..... กรรมการ
(นายชวนชัย บุญญาวัฒน์)


..... กรรมการ
(นางสาวศินี ชานวาทิก)



..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกรกมล ธนะกิจศิริ)




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
หลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศชนิด EDTA ปริมาตร 3 มิลลิลิตร


คุณลักษณะ


1. เป็นหลอดพลาสติกใสสะอาดปลอดเชื้อ (sterile) ภายในหลอดเป็นสุญญากาศ มีจุกยางปิด
2. ขนาดหลอด 13 x 75 มม. สามารถจุเลือดได้ปริมาตร 3 มิลลิลิตร ภายในหลอดมีสาร กันเลือดแข็งตัว ชนิด EDTA
3. มีฝาชั้นนอกเป็น safety screw cap ส่วนฝาชั้นในเป็นจุกยาง สามารถป้องกันการรั่วซึมของอากาศ และของเหลว
4. ข้างหลอดติดฉลากสำหรับเขียนรายละเอียดของตัวอย่างพร้อมระบุวันหมดอายุ โดยมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันส่งมอบสินค้า
5. บรรจุใน RACK หรือกล่อง
6. ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น


..... ประธานกรรมการ
(นายยุทธภูมิ สืบชำเพชร)


..... กรรมการ
(นางกมลลดา นียมทรัพย์)


..... กรรมการ
(นายชวนชัย บุญญาวัฒน์)


..... กรรมการ
(นางสาววศินี ชานวาทิก)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกรกมล ธนะกิจศิริ)



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ยาถ่ายพยาธิชนิดน้ำ Albendazole ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 112.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร

คุณลักษณะ

1. เป็นยากินชนิดน้ำสำหรับสัตว์ ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Albendazole ไม่น้อยกว่า 112.5 มิลลิกรัม
2. ต้องมีข้อความ "ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย" ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด
3. เป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากหน่วยงานราชการ
4. ต้องเป็นยาที่ไม่มียาอื่นผสมคุณภาพตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ.2510
5. วันหมดอายุของยาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่มิระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นยาที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ

เงื่อนไข

1. ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงการได้รับอนุญาตให้ผลิต หรือ นำเข้า หรือ ขายยา ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
2. ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาที่เสนอ (ทย.1 และ ทย.2 ในกรณีที่ผลิตในประเทศไทย) (ทย.1 และ ทย.4 ในกรณีที่เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ) ทั้งนี้เอกสาร ทย.1 ต้องระบุขนาดบรรจุที่ขอขึ้นทะเบียน
3. ในวันส่งมอบ ให้แนบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดังนี้
 - เอกสารแจ้งแสดงเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตของยานั้น ๆ
 - หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of analysis) ของยารุ่นการผลิตที่นำมาส่งมอบจากผู้ผลิต หรือ จากหน่วยงานที่ราชการรับรอง (พร้อมหลักฐานการรับรอง)
4. ขนาดบรรจุในภาชนะบรรจุต้องระบุไว้ในคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาของราชการ (ทย.1)
5. กรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นำผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้หน่วยงานราชการตรวจวิเคราะห์ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ผู้ส่งมอบต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

..... ประธานกรรมการ
(นายยุทธภูมิ สืบชำเพชร)

..... กรรมการ
(นางกมลสุดา นิยมทรัพย์)

..... กรรมการ
(นายชวนชัย บุญญาวัฒน์)

..... กรรมการ
(นางสาวศินี ชานวาทิก)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกรกมล ธนะกิจศิริ)